

论证专家签到表

项目名称：宁波市江北区甬江街道社区卫生服务中心心脏探头采购项目

论证时间：2024年06月04日 14:00

论证地点：宁波中基国际招标有限公司

序号	姓名	工作单位名称	职称/身份	手机号码	签到时间
1	李华良	宁波市鄞州区院	高工	13777975900	
2	王长华	鄞州钟公庙社区卫生服务中心	副主任医师	13777975122	
3	陈飞	广一院	工程师	13616565790	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 崔远	
	职称: 工程师	
	工作单位: 宁波大学附属第一医院	
项目信息	项目名称: 宁波市江北区甬江街道社区卫生服务中心心脏探头采购项目	
	供应商名称: 宁波素然贸易有限公司	
专业人员论证意见	<p>宁波市江北区甬江街道社区卫生服务中心已采购一台飞利浦彩超, 该设备只配置了彩色探头, 用于腹部、阴道及浅表部位的检查, 现因需要进行心脏检查的患者增加, 而该设备配置的探头无法满足临床需求, 故需要增加一个心脏探头, 考虑到设备稳定性及检查精准度, 该探头需与原有彩超匹配, 由于国内其他厂家生产的探头无法与该彩超匹配, 故选择从原生产厂家的授权经销商处购买, 推荐以单一来源的采购方式进行采购。</p>	
专业人员签字	崔远	日期 2024年6月4日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李华良	
	职称: 高级超声师	
	工作单位: 宁波市鄞州二院	
项目信息	项目名称: 宁波市江北区甬江街道社区卫生服务中心心脏探头采购项目	
	供应商名称: 宁波素然贸易有限公司	
专业人员论证意见	<p>李华良超声诊断系统是通过超声波原理开展腹部、腔内、体表以及心脏等部位临床诊断及康复治疗。包括乳腺彩超探头等, 经配套使用。本次采购的心脏探头即是该院开展心脏诊断的部件, 必须该院原先采购的超声主机即飞利浦彩超配套使用。而宁波素然贸易有限公司是该产品在宁波地区的唯一代理商, 故同意该院采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	李华良	日期: 2024年6月4日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张平	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 鄞州区钟公庙社区卫生服务中心	
项目信息	项目名称: 宁波市江北区甬江街道社区卫生服务中心心脏探头采购项目	
	供应商名称: 宁波素然贸易有限公司	
专业人员论证意见	<p>此单位为了开展心脏彩超检查项目, 拟采购心脏探头。彩超属于精密仪器, 探头必须与原有超声主机兼容, 经原有超声主机品牌为飞利浦, 为避免第三方兼容探头, 故建议采购飞利浦品牌心脏探头。</p>	
专业人员签字	张平	日期: 2024年6月4日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。